



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Area Affari Tecnici e Negoziali

Prot. n. 14985 - X/4

Foggia, 17/10/2011

Spett.li
Ditte Invitate

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO A FLUORESCENZA PER LE ESIGENZE DEL BIOAGROMED, CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, SITO IN FOGGIA ALLA VIA GRAMSCI 89/91. **PRECISAZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE TECNICHE.**

CUP D31D08000100007 - CIG: 3360814771

In relazione a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:

- a) i filtri necessari sono 3, in particolare per fluoresceina, rodopsina e DAPI;
- b) gli obiettivi dovrebbero essere 6 (tutti a contrasto) e planari, corrispondenti agli ingrandimenti: **5x 10x 20xph 40xph 63x oil 100xoil.**

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Vincenzo NAPOLIELLO

